



Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

DIRECCIÓN GENERAL
Coordinación de Comunicación Social

Comunicado 413
Ciudad de México, 25 de octubre de 2018

CONTROLADA LA FUGA DE AMONIACO EN EL IPN

A las 14:00 horas de hoy se presentó una fuga de amoniaco en una válvula de distribución en el laboratorio 5 de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), la cual ya fue controlada por Protección Civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Alcaldía de Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Por protección y seguridad de la comunidad y con base en el protocolo correspondiente se desalojaron los inmuebles en un radio de 100 metros que incluyen los edificios 4, 5, 6 y 7 correspondientes a la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT), laboratorios pesados 1 y 2, la Dirección de Administración Escolar (DAE) y de Servicios Generales de Mantenimiento.

Mañana viernes 26 de octubre se reanudarán las actividades de manera normal.

--o0o--

